



**LIEFERUNG EINES TRIPLE-QUADRUPOL-
MASSENSPEKTROMETERS MIT
GASCHROMATOGRAPHEN (GC/MS/MS)**
CIG 7420922290

Digitales Akt: 62.01.2017.00784

Erläuterungsanfrage Nr. 2

Mit Bezug auf S. 10 von 14 des endgültigen technischen Leistungsverzeichnisses: „Es muss ein System für die Schalldämpfung der Hauptpumpe, vom Typ „Silent box“ oder alternativer Lösung vorgesehen sein“, fragen wir ob:

- eine dry-Pumpe ohne Öl oder Kontaminanten aus den Dichtungen, mit einem um 80 % reduzierten Energieverbrauch, mit einer Lärmentwicklung unter 58 dB als eine Alternativlösung angesehen kann, angesichts der Tatsache, dass sie ein eigenes Schalldämpfsystem besitzt, welches im System integriert ist und eine Silent box damit überflüssig wäre.

Antwort

Ja.

**FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI
MASSA A TRIPLO-QUADRUPOLO CON
GASCROMATOGRAFO (GC/MS/MS)**
CIG 7420922290

Fascicolo digitale: 62.01.2017.00784

Chiarimento n. 2

In riferimento alla richiesta di pagina 10 di 14 del capitolato tecnico definitive: "Deve essere previsto un sistema di insonorizzazione del tipo "Silent Box" o soluzione alternativa" chiediamo se:

- Una pompa dry priva di oli o contaminanti dalle guarnizioni, con consumo energetico ridotto dell'80%, con una rumorosità inferiore ai 58 dB possa essere considerata una soluzione alternativa, visto che di fatto ha un proprio sistema di insonorizzazione incorporato nel sistema e un Silent Box risulterebbe quindi ridondante.

Risposta

Sì.