

Domanda

In riferimento al Lotto 1 si chiede copia della piantina del locale dove verrà installata la strumentazione in file dwg.

Risposta

Si allega relativa piantina.

Domanda

Si chiede la portata della soletta dei locali del Laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Risposta

La portata dei solai della sede di via A.A. 5 è di **380/400 kg/m<sup>2</sup>**.

Pertanto, visto che nel **locale 1.016** sono già presenti diversi macchinari e cappe, è opportuno, dal punto di vista strutturale, prevedere il posizionamento di detta nuova macchina lungo un muro maestro o almeno vicino ad un pilastro utilizzando una piastra in acciaio per ripartire il peso.