

Domanda:

con riferimento Appendice Tecnica Lotto 2, Punto:

2.1) 1,5 punti: per il metodo di microdiluizione in brodo su piastra di microtitolazione per il Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e Microbiologia di Merano e i Laboratori di Patologia Clinica di Bressanone e Brunico, di cui alle voci w) e x);

Sistema automatico per l'inoculo delle
piastre di microtitolazione 0,5 punti

Sistema automatico per la lettura delle
piastre di microtitolazione 0,5 punti

Sistema automatico per la interpretazione
dei pannelli 0,5 punti

si chiede conferma che qualora i sistemi vengano offerti possano essere quotati con il relativo canone di noleggio e manutenzione o debbano essere offerti senza oneri aggiuntivi.

Risposta

Se questi sistemi vengono offerti il loro costo deve essere ricompreso nell'importo complessivo (che concorre al pari dell'importo offerto dalle ditte che non offrono i sistemi).