

**Code der Ausschreibung:**

AOV/SUA-SF 009/2021

AOV-RAHMENVEREINBARUNG FÜR IKT-
DIENSTE**Erkennungskodes CIG:**LOS 1: 8664818204
LOS 2: 8664829B15
LOS 3: 8664839358
LOS 4: 86648436A4**Codice gara:**

AOV/SUA-SF 009/2021

CONVENZIONE QUADRO ACP PER
SERVIZI ICT**Codici CIG:**LOTTO 1: 8664818204
LOTTO 2: 8664829B15
LOTTO 3: 8664839358
LOTTO 4: 86648436A4**Erläuterung/Klarstellung Nr. 1****Chiarimento n. 1****Frage:**

Bei einer Durchsicht der Bekanntmachung und der betreffenden Dokumente und Anlagen wurde keine Auflistung der Geräte in Bezug auf Los 4 gefunden.

Das schreibende Unternehmen befasst sich mit technischem Kundendienst für medizinische Geräte, die von Zahnärzten genutzt werden und hat Fachwissen über folgende Gerätetypologien:

Z11030302 ZAHNÄRZTLICHE
PANORAMARÖNTGengeräte
Z11030401 ENDORALE RADIOLOGIEGERÄTE
Z11030402 INTRAORALE DIGITALE
VIDEORADIOGRAFIESYSTEME
Z119007 BILDERFASSUNGSMODULE
Z120105 MEDIZINISCHE CHIRURGISCHE
ABSAUGER
Z120107 BELEUCHTUNGSSYSTEME
Z120113 INSTRUMENTE ZUM WASCHEN,
DESINFIZIEREN UND STERILISIEREN

Sie werden gebeten mitzuteilen, welche Geräte konkret (Fabrikat und Modell) Gegenstand von Los 4 sind, damit ein entsprechendes und konkretes Angebot ausgearbeitet werden kann.

Quesito:

Durante l'analisi del bando e dei relativi documenti ed allegati, non si riesce a rinvenire una lista della strumentazione su cui sarà applicato il lotto 4 del bando.

La scrivente si occupa di assistenza tecnica su attrezzature mediche in uso a dentisti, ed ha competenze nelle seguenti tipologie di attrezzature:

Z11030302 APPARECCHIATURE PER
RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA
Z11030401 APPARECCHIATURE PER
RADIOLOGIA ENDORALE
Z11030402 SISTEMI PER VIDEORADIOGRAFIA
DIGITALE INTRAORALE
Z119007 MODULI ACQUISIZIONE IMMAGINI
Z120105 ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
Z120107 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A
LAMPADA SCIALITICA
Z120113 STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO,
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Si prega di conoscere quali apparecchiature nello specifico (marca e modello) saranno soggette al lotto 4 del bando, così da poter formulare una proposta adeguata e concreta.

**Antwort:**

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verfügt über 20.000 Geräte darunter auch ein kleiner Teil jener, die „von Zahnärzten genutzt werden“.

Das technische Leistungsverzeichnis bestimmt bei Punkt 1.4 Technologischer Kontext:

In der Anlage "Nationale DM-Klassifizierung" ist eine Zusammenfassung der Kategorien W und Z als rein indikatives und nicht erschöpfendes Beispiel für die verschiedenen Technologien vorhanden. Hochtechnologiesysteme wie CT, MR, Angiograph usw. sind ausgeschlossen, eventuelle Eingriffe der ersten Ebene ausgenommen. Alle in Betrieb befindlichen Geräte sind ausgeschlossen (normalerweise Laborgeräte).

Die Ausschreibungsbedingungen, Abschnitt „Technische Unterlagen“ lauten wie folgt:

2) Prüfprotokolle

Zwecks Bewertung von Punkt 7 müssen zudem alle für die biomedizinischen Geräte angewandten Kontrolldatenblätter eingereicht werden (siehe z.B. CND Z und W in der Anlage "Nationale DM-Klassifizierung"), für welche die Instandhaltung gewährleistet werden kann.

Daher muss jedes Unternehmen dem Angebot, unabhängig von Marken und Modellen, die „für die Geräte der CND-Gruppe Z und W (Geräte, die elektrischen Sicherheitskontrollen gemäß den CEI-Normen 62.5 unterliegen und die Funktionalitätskontrollen mit besonderen CEI-Normen unterliegen) angenommenen Kontrolldatenblätter beifügen;“

Risposta:

L'Azienda Sanitaria dispone di più di 20.000 apparecchiature di cui quelle "in uso a dentisti" rappresentano una piccolissima parte.

Come da capitolato tecnico, punto 1.4 Contesto tecnologico:

“Nell'allegato “Classificazione Nazionale DM” si trova un'estrazione sintetica delle categorie Z e W quale esempio delle varie tecnologie a titolo puramente indicativo e non esaustivo. Sono da considerare escluse, se non per eventuale intervento di primo livello i sistemi ad alta tecnologia, quali TC, MR, Angiografi ecc. Tutte le apparecchiature in service sono escluse (tipicamente da laboratorio).”

Come da Disciplinare di gara, sezione “Documentazione tecnica”, Lotto 4, pag. 53:

2) Schede di verifica

Ai fini della valutazione del punto 7 dovranno essere presentate inoltre tutte le schede di verifica adottate per le apparecchiature biomediche (vedasi ad esempio CND Z e W nell'All. “Classificazione Nazionale DM”) per le quali si è in grado di garantire la manutenzione.

Quindi ogni ditta deve allegare all'offerta, indipendentemente da marche e modelli, le “schede di verifica adottate per le apparecchiature del Gruppo CND Z e W (apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica norme CEI 62.5 e soggette a controlli di funzionalità con norma CEI particolari);”