

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Betriebsabteilung Einkäufe
Amt für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter

meditalia@pec.meditalia.net

Ripartizione aziendale Acquisti
Ufficio acquisti beni di consumo sanitari

Med-Italia Biomedica S.r.l.
via Piero Gobetti 56R
16145 Genova (GE)

Direktorin – Direttrice
Dr. Sophie Biamino

Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a:
Karin Artioli

Fornitura di kit procedurali in confezione sterile per interventi invasivi in Emodinamica all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il periodo dal 01.11.2021 al 31.01.2024 (POS. 04/21) Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016

Gentili signore e signori,

con la presente si comunica ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa, in quanto la campionatura non corrisponde pienamente a quanto richiesto nell'art. 2 delle Condizioni generali, per i seguenti motivi:

1) *nr. 1 telo impervio, misura minima di 102x305 cm per copertura del lettino paziente*

Il telo è inserito all'interno del kit tra gli altri materiali, mentre nella sequenza indicata nell'art. 2 viene richiesto come primo materiale da estrarre. Ciò mette a rischio la sterilità del campo operatorio. Inoltre è scivoloso e non rimane aderente al lettino paziente.

2) *nr. 1 telo copri-paziente in TNT per procedure angiografiche a 4 fori, con le seguenti caratteristiche tecniche:*

- *con doppia apertura per accesso femorale: ciascuna finestra adesiva d'ispezione ha un diametro minimo di 14 cm e massimo di 18 cm e all'interno un foro adesivo utile di diametro minimo di 8 cm e massimo di 13 cm; ciascun foro adesivo deve essere coperto da pellicola protettiva separata*

Ciascuna finestra adesiva d'ispezione misura 12 cm di diametro invece dei 14 cm richiesti come diametro minimo.

3) *nr. 2 pinze Klemmer in acciaio + 2 garze per disinfezione della cute montate a batuffolo*

Le garze non sono montate a batuffolo sulle pinze Klemmer come richiesto.

Inoltre, la confezione che contiene il kit è composta di materiale cartaceo, che si potrebbe facilmente bucare o bagnare.

L'accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato presso l'Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti orari:
lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle 11.45.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.

Distinti saluti

LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)

.....
Böhlerstraße 5 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 439 046 | Fax 0471 438 070
<http://www.sabes.it> | karin.artioli@sabes.it
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 439 046 | Fax 0471 438 070
<http://www.asdaa.it> | karin.artioli@sabes.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211