

Codice gara 023064/2021	Kode der Ausschreibung 023064/2021
Libera Università di Bolzano PROCEDURA APERTA	Freie Universität Bozen OFFENES VERFAHREN
SOPRA SOGLIA EUROPEA	ÜBER EU-SCHWELLE
Fornitura di uno strumento funzionante per Magnetron Sputtering	Lieferung eines funktionstüchtigen Magnetronsputtergerätes
Codice CIG: 86865163C5	Ernennungscode CIG: 86865163C5
Codice CUP: I52F20000640006	CUP-Kodex: I52F20000640006

Chiarimento n. 2

Klarstellung Nr. 2

Quesito n. 1

Frage Nr. 1

Si preferisce una configurazione sputter-up o sputter-down?

Wird eine Sputter-Up- oder Sputter-Down-Konfiguration bevorzugt?

Risposta quesito n. 1

Antwort Frage Nr. 1

Non si definisce una preferenza specifica in tal senso.

Diesbezüglich wurde keine spezifische Präferenz definiert.

Quesito n. 2

Frage Nr. 2

Le guarnizioni metalliche sono un requisito minimo o è possibile offrire una camera di processo con una porta di fronte e guarnizioni o-ring in viton?

Sind Metaldichtungen eine Mindestanforderung oder kann auch eine Prozesskammer mit Fronttür und Viton-O-Ring-Dichtungen angeboten werden?

Risposta quesito n. 2

Antwort Frage Nr. 2

Si rinvia alla risposta quesito n. 2 del chiarimento n. 1.

Es wird auf die Antwort Frage Nr. 2 der Klarstellung Nr. 1 verwiesen.

Quesito n. 3

Frage Nr. 3

Per la dimostrazione della deposizione (5g.) test di accettazione, compierete voi il lift-off e le misure di profilometria?

Werden Sie für den Abnahmetest der Ablagerungsdemonstration (5g.) die Abhebe- und Profilometermessungen durchführen?

Risposta quesito n. 3

Antwort Frage Nr. 3

Il lift-off e le misure al profilometro saranno eseguiti da unibz. unibz fornirà anche il wafer di Si con photoresist opportunamente strutturato per il lift-off, a meno che un substrato simile che soddisfi le specifiche date nel capitolato tecnico sia fornito dal contraente.

Lift-Off und Profilometermessungen werden von der unibz durchgeführt. unibz stellt auch den Si Wafer mit entsprechend strukturiertem Photolack für den Lift-Off zur Verfügung, es sei denn, ein ähnliches Substrat, das den in der technischen Spezifikation angegebenen Spezifikationen entspricht, wird vom Auftragnehmer bereitgestellt.

23/04/2021