

**Südtiroler  
Sanitätsbetrieb**



**Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige**

**Azienda Sanitaria de Sudtirool**

Betriebsabteilung Einkäufe  
**Amt für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter**

[abmedica.gare@legalmail.it](mailto:abmedica.gare@legalmail.it)

Ripartizione aziendale Acquisti  
**Ufficio acquisti beni di consumo sanitari**

AB Medica S.p.A.  
via dei Tulipani 10  
20065 Inzago (MI)

**Direktorin – Direttrice  
Dr. Sophie Biamino**

Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a:  
Karin Artioli

**Fornitura di kit procedurali in confezione sterile per interventi invasivi in Emodinamica all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il periodo dal 01.11.2021 al 31.01.2024 (POS. 04/21) Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016**

Gentili signore e signori,

con la presente si comunica ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa, in quanto la campionatura non corrisponde pienamente a quanto richiesto nell'art. 2 delle Condizioni generali, per i seguenti motivi:

1) *nr. 1 telo impervio, misura minima di 102x305 cm per copertura del lettino paziente*

Il telo è inserito all'interno del kit tra gli altri materiali, mentre nella sequenza indicata nell'art. 2 viene richiesto come primo materiale da estrarre. Ciò mette a rischio la sterilità del campo operatorio.

2) *nr. 1 camice sterile non rinforzato 50 gr per la preparazione del campo operatorio sterile*

Il camice non è inserito come secondo elemento nel kit.

3) *nr. 1 telo copri-paziente in TNT per procedure angiografiche a 4 fori, con le seguenti caratteristiche tecniche:*

- *con doppia apertura per accesso femorale: ciascuna finestra adesiva d'ispezione ha un diametro minimo di 14 cm e massimo di 18 cm e all'interno un foro adesivo utile di diametro minimo di 8 cm e massimo di 13 cm; ciascun foro adesivo deve essere coperto da pellicola protettiva separata*

Ciascuna finestra adesiva d'ispezione ha un diametro di 13 cm, inferiore quindi al diametro minimo richiesto di 14 cm. In aggiunta il foro adesivo all'interno ha un diametro di 7,5 cm, invece degli 8 cm richiesti come misura di diametro minima.

4) *nr. 2 pinze Klemmer in acciaio + 2 garze per disinfezione della cute montate a batuffolo*

Le garze non sono montate a batuffolo sulle pinze Klemmer come richiesto.

L'accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato presso l'Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti orari:  
lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle 11.45.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.

Distinti saluti

LA DIRETTRICE  
dott.ssa Sophie Biamino  
(f.to digitalmente)

.....  
Böhlerstraße 5 | 39100 Bolzano  
Tel. 0471 439 046 | Fax 0471 438 070  
<http://www.sabes.it> | [karin.artioli@sabes.it](mailto:karin.artioli@sabes.it)  
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

.....  
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano  
Tel. 0471 439 046 | Fax 0471 438 070  
<http://www.asdaa.it> | [karin.artioli@sabes.it](mailto:karin.artioli@sabes.it)  
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211