

**BEKANNTMACHUNG**

einer Markterhebung zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die Einladung zur Ausschreibung des folgenden Verhandlungsverfahrens gemäß Art. 36, Absatz 2 des GvD 50/2016:

**Lieferung von verschiedenem sanitärem Material für die Abteilung Neuroradiologie und Radiologie des Gesundheitsbezirkes Bozen Lieferung für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis zum 30.04.2023 (POS. 3/20)**

**(CND C010402020101, C0104020202, C0104020204, C0104020207, C04020101 e C04020202)**

Nach Einsichtnahme in den Art. 26 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16; nach Einsichtnahme in den Art. 36 des GvD vom 18. April 2016, Nr. 50;

als notwendig erachtet, unter Einhaltung der Prinzipien der Transparenz, Rotation und Gleichbehandlung, eine Markterhebung durchzuführen mit dem Zweck anschließend mittels Verhandlungsverfahren gemäß Art. 36, Absatz 2 des GvD 50/2016 fortzufahren, bei welchem Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden, die durch gegenständliche Erhebung ermittelt werden;

**ES WIRD BEKANNTGEGEBEN**

dass der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen eine Markterhebung durchführt, mit dem Zweck der Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 40 der EU-Richtlinie 2014/24/EU, die im Besitz der unten genannten Teilnahmevoraussetzungen sind und ihr Interesse bekunden, am Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung gemäß Art. 36 Abs. 2 Buchst. b) des GvD 50/2016 sowie Art. 26 und folgende des LG 16/2015, an der gegenständlichen Lieferung teilzunehmen.

.....  
Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen  
Tel. 0471 908 219 | Fax 0471 908 070  
<http://www.sabes.it> | [elisabetta.lavoriero@sabes.it](mailto:elisabetta.lavoriero@sabes.it)  
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

**AVVISO**

di un'indagine di mercato per l'individuazione di soggetti da invitare per l'indizione della seguente procedura negoziata ex art. 36, 2° comma di cui al d.lgs. 50/2016:

**Fornitura di materiale sanitario vario per il servizio di Neuroradiologia e Radiologia del Comprensorio Sanitario di Bolzano per il periodo dal 01.05.2021 al 30.04.2023 (POS. 3/20)**

**(CND C010402020101, C0104020202, C0104020204, C0104020207, C04020101 e C04020202)**

Visto l'art. 26 della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16;  
visto l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ritenuto opportuno eseguire, un'indagine di mercato, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, al fine di procedere poi alla procedura negoziata ex art. 36, 2° comma di cui al d.lgs. 50/2016, alla quale verranno invitati i soggetti individuati con la presente indagine;

**SI RENDE NOTO**

che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 40 della Direttiva UE 2014/24/UE, finalizzata all'individualizzazione degli operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, siano interessati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 ed art. 26 e segg. della LP 16/2015 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

.....  
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano  
Tel. 0471 908 219 | Fax 0471 908 070  
<http://www.asdaa.it> | [elisabetta.lavoriero@sabes.it](mailto:elisabetta.lavoriero@sabes.it)  
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

**1. Gegenstand der Markterkundung**

Die vorliegende Markterhebung bezieht sich auf folgende Lieferung, welche aus zwölf Losen besteht.

**1. Oggetto dell'affidamento**

La presente indagine di mercato è relativa alla seguente fornitura, composta da 12 lotti.

Los 1	Lotto 1
<b>Nicht komplianter Dilatationskatheter (CND C010402020101)</b>	<b>Catetere da dilatazione a palloncino non compliant (CND C010402020101)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatationsballonkatheter OTW nicht kompliant für perkutane transluminale Angioplastie (PTA)</li> <li>- periphere Verwendung</li> <li>- mit einer glatten und verjüngten Spitze mit geringem Profil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- catetere da dilatazione a palloncino OTW non compliant per angioplastica percutanea transluminale (PTA)</li> <li>- uso periferico</li> <li>- punta basso profilo liscia e affusolata</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	95 Stück/pezzi
Los 2	Lotto 2
<b>Halb-komplianter Dilatationsballonkatheter (CND C010402020101)</b>	<b>Catetere a palloncino semi-compliant (CND C010402020101)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- halb-komplianter Monorail Dilatationsballonkatheter für perkutane transluminale Angioplastie (PTA)</li> <li>- periphere Verwendung</li> <li>- distale Spitze mit geringem Profil</li> <li>- der Katheter hat eine koaxiale Körperkonfiguration: das externe Lumen wird zum Aufblasen des Ballons verwendet, stattdessen das Lumen für den Führungsdraht ermöglicht die Verwendung von 0,014 inch bis 0,018 inch Führungsdrähten, um das Verschieben des Katheters zur und durch die Zielstenose zu erleichtern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- catetere a palloncino semi-compliant, Monorail, per angioplastica percutanea transluminale (PTA)</li> <li>- uso periferico</li> <li>- punta distale con basso profilo</li> <li>- il catetere presenta una configurazione del corpo coassiale: il lume esterno viene impiegato per il gonfiaggio del palloncino, mentre il lume per filoguida consente l'uso di filoguida da 0,014 inch a 0,018 inch per agevolare l'avanzamento del catetere fino alla stenosi target e il suo attraversamento</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	25 Stück/pezzi
Los 3	Lotto 3
<b>Hydrophile Führung (CND C04020201)</b>	<b>Guida idrofila (CND C04020201)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- hydrophile Führung für vaskuläre Eingriffe an kleinen Gefäßen</li> <li>- Hydrophile Beschichtung auf dem distalen Teil der Spitze</li> <li>- Scitanium-Führung</li> <li>- 2 cm vorgeformte röntgenopake Spitze aus Platin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- guida idrofila per l'interventistica vascolare dei piccoli vasi</li> <li>- rivestimento idrofilo sulla parte distale della punta</li> <li>- guida in Scitanium</li> <li>- punta radiopaca preformabile di 2 cm in platino</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	70 Stück/pezzi
Los 4	Lotto 4

Azienda Sanitaria de Sudtirool

<b>Steifer Teflon-Führungsdraht (C04020202)</b>	<b>Guida teflonata rigida (C04020202)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Steifer Teflon-Führungsdraht</li> <li>– interner Stahlkern, aus einem Stück gefertigt</li> <li>– Ptfе-Verkleidung, die letzten ca. 30 cm distal mit einer Stahlspirale ausgestattet</li> <li>– Innenkernverschweißung in Messing, distale Glidex-Beschichtung, röntgenopake Platinbefunde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– guida teflonata altamente rigida</li> <li>– anima interna in acciaio, costruita in unico pezzo</li> <li>– rivestimento in ptfе tranne gli ultimi circa 30cm distali muniti di spirale in acciaio</li> <li>– saldatura anima interna in ottone, rivestimento distale in Glidex, reperti radiopachi in platino</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	140 Stück/pezzi
<b>Los 5</b>	<b>Lotto 5</b>
<b>Extra-steifer Teflon-Führungsdraht (CND C04020202)</b>	<b>Guida teflonata extra-rigida (CND C04020202)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– extra-steifer Teflon-Führungsdraht für Interventionsradiologie, vaskuläre und extravaskuläre Diagnostik</li> <li>– gebaut mit einem Innenkern aus Stahl, frei von bruchgefährdeten Schweißpunkten, allmählich verjüngt im distalen Abschnitt, um die Spitze weich zu machen</li> <li>– auf der Außenseite über die gesamte Länge mit PTFE beschichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– guida teflonata extra-rigida per diagnostica e interventistica vascolare, extra-vascolare</li> <li>– costruita con un'anima interna in acciaio, priva di punti di saldatura a rischio di rottura ed è gradualmente rastremata nella sezione distale per rendere la punta morbida</li> <li>– rivestita in PTFE esternamente per l'intera sua lunghezza</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	170 Stück/pezzi
<b>Los 6</b>	<b>Lotto 6</b>
<b>High-Flow-Katheter (CND C010402020101)</b>	<b>Catetere ad alto flusso (CND C010402020101)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– High-Flow-Katheter für Panorama- und selektive Angiographie, für Infusion von Medikamenten und Manipulation von Führungsdrähten</li> <li>– eingebaut aus radio-opakem gepanzerten Pebax, die Katheter sollten eine weiche, atraumatisch verjüngte Spitze und eine Gleitbeschichtung haben, um die Glättung zu erleichtern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– catetere ad alto flusso per angiografia panoramica e selettiva, infusione di farmaci e manipolazioni di guide</li> <li>– costruiti in Pebax radiopaco armato, presentano una punta rastremata soffice e atraumatica e un rivestimento antiattrito che ne facilita la scorrevolezza</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	440 Stück/pezzi
<b>Los 7</b>	<b>Lotto 7</b>
<b>Mikroführung für Embolisation (CND C04020101)</b>	<b>Microguida per embolizzazioni (CND C04020101)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikroführung für Embolisation und periphere Eingriffe</li> <li>– bestehend aus einem Nitinol-Stahlkern mit einem distalen Teil, Führung beschichtet mit einem hydrophilen Polymer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– microguida per embolizzazioni e per interventistica periferica</li> <li>– costituita da un'anima in acciaio in nitinol con parte distale, guida rivestita di un polimero idrofilo</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	140 Stück/pezzi

Los 8	Lotto 8
<b>Mikrokatheter mit Führung (CND C010402020101)</b>	<b>Microcatetere con guida (CND C010402020101)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikrokatheter zur kontrollierten und selektiven Infusion von diagnostischen, embolisierenden Materialien</li> <li>– proximaler Außendurchmesser 3.0F distaler Außendurchmesser 2,8F, Innenlumen-Durchmesser 0,027 inch Katheterlänge 135 cm</li> <li>– einschließlich Mikroführung für Embolisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– microcatetere utilizzato per l'infusione controllata e selettiva di materiali diagnostici, embolizzanti</li> <li>– calibro prossimale esterno 3.0F, calibro distale esterno 2,8F diametro lume interno 0,027 inch lunghezza del catetere 135 cm</li> <li>– inclusa microguida per embolizzazioni</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	90 Stück/pezzi
Los 9	Lotto 9
<b>Mikrokatheter für superselektive Untersuchungen (CND C0104020207)</b>	<b>Microcatetere per indagini super selettive (CND C0104020207)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikrokatheter für superselektive Untersuchungen, Infusion von Kontrastmittel, embolisierenden Materialien oder Chemotherapeutika in periphere Gefäße</li> <li>– Außendurchmesser mit einem konisch zulaufenden Abschnitt vom starren proximalen Teil von 3.0F bis zum flexiblen distalen Teil von 2.4F circa</li> <li>– der minimale Innendurchmesser des Mikrokatheters im proximalen und distalen Teil beträgt 0,021 inch circa</li> <li>– das Lumen des Mikrokatheters ist kompatibel mit manövrierbaren- Führungsdrähten mit einem Durchmesser von circa 0,018 inch mm oder weniger</li> <li>– die Außenfläche des distalen Segments des Mikrokatheters ist mit einer hydrophilen Beschichtung versehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– microcatetere per indagini super selettive, infusione di mezzo di contrasto, materiali embolizzanti o agenti chemioterapici nei vasi periferici</li> <li>– presenta un diametro esterno con una sezione affusolata che va dalla porzione prossimale rigida da 3.0F a quella distale flessibile da 2.4F circa</li> <li>– il diametro interno minimo del microcatetere nelle porzioni prossimale e distale è di 0,021 inch circa</li> <li>– il lume del microcatetere è compatibile con guide manovrabili con diametro inferiore o uguale a 0,018 inch circa</li> <li>– la superficie esterna del segmento distale del microcatetere è rivestita con rivestimento idrofilo</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	80 Stück/pezzi
Los 10	Lotto 10
<b>Führungskatheter (CND C0104020204)</b>	<b>Catetere guida (CND C0104020204)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Führungskatheter für die periphere vaskuläre interventionelle Anwendung mit stützenden und knickfesten Eigenschaften, zusammen mit Torsionskontrolle, Länge von 55 bis 100cm</li> <li>– die Führungskatheter müssen auch eine Reihe (mindestens 10) von Spitzenkonfigurationen aufweisen, um verschiedene anatomische Bezirke anzusprechen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– catetere guida per interventistica vascolare periferica con caratteristiche di sostegno e resistenza alle piegature, unitamente a un controllo di torsione, lunghezza da 55 a 100cm</li> <li>– i cateteri guida devono presentare inoltre una gamma (minimo 10) di configurazioni di punta che consentono di affrontare i diversi distretti anatomici</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	70 Stück/pezzi

Los 11	Lotto 11
<p><b>Einzelner Mikrokatheter für superselektive Untersuchungen (CND C0104020202)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einzelner Mikrokatheter für superselektive Untersuchungen, Infusion von Kontrastmittel, embolisierenden Materialien und/oder Chemotherapeutika in peripheren Gefäßen</li> <li>– proximaler Außendurchmesser 2,7F, distaler Außendurchmesser 2,4F, 7F</li> <li>– Innenlumen-Durchmesser 0,021 inch ca., Katheterlänge 105-130-155 cm</li> <li>– der proximale Konnektor hat eine Konnektorbüchse und ermöglicht die Befestigung mit Zusatzgeräten und die Passage von Führungsdrähten oder Infusionsmaterialien; er ist mit dem Katheter verlötet</li> <li>– der sich verjüngende Teil, der den proximalen Konnektor mit dem Katheter verbindet, verhindert ein Verbiegen in der Nähe der Verbindungsstelle</li> </ul>	<p><b>Microcatetere singolo per indagini super selettive (CND C0104020202)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– microcatetere singolo per indagini super selettive, infusione di mezzo di contrasto, materiali embolizzanti. e/o agenti chemioterapici nei vasi periferici</li> <li>– calibro prossimale 2.7F, calibro distale esterno 2.4F, 7F</li> <li>– diametro lume interno 0.021inch circa lunghezza catetere 105-130-155 cm</li> <li>– il connettore prossimale ha un raccordo femmina e permette l'attacco con dispositivi accessori e il passaggio di fili guida o materiali da infusione; è saldato al catetere</li> <li>– la parte rastremata che collega il connettore prossimale con il catetere previene la piegatura in prossimità della giunzione</li> </ul>
geschätzte Menge quantità stimata	20 Stück/pezzi
Los 12	Lotto 12
<p><b>Mikrokatheter mit koaxialer Führung (CND C010402020101)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mikrokatheter zur kontrollierten und selektiven Infusion von diagnostischen, embolisierenden Materialien</li> <li>– einschließlich Mikroführung für Embolisation</li> <li>– Mikrokatheter, die mit einem Verankerungssystem zwischen der Führung und dem Mikrokatheter ausgestattet sind, das dauerhaft an der Führung befestigt ist, um ein intrinsisches "koaxiales" und nicht teilbares "Monoblock"-Strukturelement mit hydrophiler Beschichtung und distaler röntgendichter Markierung zu bilden</li> <li>– Durchmesser von 1,7 bis 2,7 FR, Längen von 110 bis 175 cm, Innenwand aus PTFE und Außenwand aus Polyester, hoher Durchflusswiderstand von 750 bis 900 PSI, Lumen kompatibel mit Führungen von 0,014 bis 0,018 je nach Mikrokatheter, Kompatibilität mit DMSO</li> <li>– ausgestattet mit spiralförmiger Wolframpanzerung mit hydrophiler Mikroführung, geeignet für die Navigation von gewundenen Gefäßen, mit vorgeformter Spitze, gerade, gewinkelt und dreifach gewinkelt</li> </ul>	<p><b>Microcatetere con guida coassiale (CND C010402020101)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– microcatetere utilizzato per l'infusione controllata e selettiva di materiali diagnostici, embolizzanti</li> <li>– inclusa microguida per embolizzazioni</li> <li>– microcateteri dotati di sistema di ancoraggio tra guida e microcatetere, permanentemente fissato alla guida, per costituire un elemento strutturale intrinseco "coassiale" e non divisibile "monoblocco" con rivestimento idrofilo e marker radiopaco distale</li> <li>– diametri da 1.7 a 2.7 FR, lunghezze da 110 a 175 cm, parete interna in PTFE ed esterna in poliestere, resistenza ad alto flusso da 750 a 900 PSI, lume compatibile con guide da 0.014a 0.018 a seconda del microcatetere, compatibilità con DMSO</li> <li>– provvisti di armatura elicoidale in tungsteno con microguida idrofila adatta alla navigazione di vasi tortuosi, dotata di punta preformabile, dritta, angolata e tripla angolata</li> </ul>

Azienda Sanitaria de Sudtirool

geschätzte Menge quantità stimata	80 Stück/pezzi
<b>Die Lieferfirma, die den Zuschlag erhält, muss für jedes Los, vor Beginn der Lieferung Schulungen für die Anwender des Gesundheitsbezirk anbieten.</b>	<b>La ditta aggiudicatrice deve garantire, per ogni lotto, prima dell'inizio della fornitura delle formazioni per gli utenti dell'Azienda Sanitaria.</b>
<b>Gesamtbetrag der Ausschreibung für 24 Monate (+ technische Vertragsverlängerung von 4 Monaten) für alle Lose</b>	<b>Importo complessivo a base di gara per 24 mesi (+ proroga tecnica di 4 mesi) per tutti i lotti</b>
<b>€ 213.815,00 (ohne MwSt/iva escl:)</b>	

**2. Ausschreibungsbetrag**

Der insgesamt Ausschreibungsbetrag beläuft sich auf **€ 213.815,00-** ohne MwSt.

Der maximale geschätzte Betrag des Loses (CIG-Betrag) die Änderungen gemäß Art. 48 des LG 16/2015 miteingerechnet beträgt jedenfalls € 213.815,00- ohne MwSt.

**3. Lieferungsdauer**

2 Jahre, inkl. Varianten ex Art. 48 L.G. 16/2015.

Wird während der Vertragslaufzeit auf Betriebsebene ein offenes Verfahren vergeben, so gilt der gegenständliche Vertrag als beendet unter Berücksichtigung des Vorranges des offenen Verfahrens in Bezug auf das vorliegende Verhandlungsverfahren gemäß Art. 36 Abs. 2 Buchst. b) des GvD 50/2016 angesichts der Prinzipien der Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Kosteneffizienz.

Am Ende des zweiten Jahres ab Vertragsbeginn behält sich die Vergabestelle das Recht vor, in ihrem unanfechtbaren Ermessen die Durchführung des Vertrages zu unterbrechen, ohne dass dem Zuschlagsempfänger eine Entschädigung zusteht.

**4. Teilnahmevoraussetzungen**

An der gegenständlichen Markterhebung können die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 45 und Art. 80

**2. Importo a base di gara**

L'importo a base di gara totale ammonta ad **€ 213.815,00-** IVA esclusa.

Il valore massimo stimato del lotto (importo CIG) comprensivo delle modifiche di cui all'art. 48 LP 16/2015 comunque è pari a € 213.815,00- IVA esclusa.

**3. Durata della fornitura**

2 anni, incl. varianti ex art. 48 L.P. 16/2015.

Qualora venisse aggiudicata nel corso del periodo contrattuale una procedura aperta a valenza aziendale, il presente contratto si considera risolto a partire dalla data di stipulazione del rispettivo nuovo contratto, considerata la prevalenza della procedura aperta in riferimento alla presente procedura di acquisto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 in termini di concorrenzialità, trasparenza, proporzionalità ed economicità.

Alla fine del secondo anno di decorrenza contrattuale la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere l'esecuzione del contratto, senza che sia dovuto alcun indennizzo all'aggiudicatario.

**4. Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

Südtiroler  
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

## Azienda Sanitaria de Sudtiroi

des GvD 50/2016 teilnehmen, die im Besitz folgender Voraussetzungen sind:

a) Nichtvorhandensein der Ausschlussgründe gemäß Art. 80, Abs. 1, GvD 50/2016;

b) Eintrag im zuständigen örtlichen Register (Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer, Provinzkommissionen für Handwerk, Freiberuflerkammer) für die Tätigkeit, die gemäß Art. 83, Abs. 1, Bst. a) des GvD 50/2016 im Zusammenhang mit den Leistungen dieses Vergabeverfahrens stehen;

c) Nichtvorhandensein eines Interessenskonfliktes innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes im Zusammenhang mit dieser Beauftragung im Sinne und für die Wirkungen des Art. 53, Abs. 14 des GvD 165/2001;

d) innerhalb des eigenen Unternehmens die Sicherheitsvorschriften gemäß geltender Gesetzgebung (GvD 81/2008) zu erfüllen;

e) zumal das folgende Wettbewerbsverfahren ausschließlich auf telematischem Wege über das Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen erfolgt, **muss der Wirtschaftsteilnehmer (spätestens zum Zeitpunkt der Versendung der Einladungen zu gegenständlichem, dieser Markterhebung, folgendem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung) im telematischen Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen [www.ausschreibungen-suedtiroi.it](http://www.ausschreibungen-suedtiroi.it) eingetragen und im Besitz einer gültigen digitalen Unterschrift sein;**

f) Wirtschaftsteilnehmer aus dem Ausland mit Sitz in einem EU-Staat müssen die „fortgeschrittene elektronische Signatur“ besitzen, welche von dazu berechtigten Zertifizierungsdiensteanbietern des Herkunftslandes gemäß Richtlinie Nr. 1999/93/EG ausgestellt ist;

g) Registrierung in das telematische Verzeichnis der telematischen Ausschreibungen der Autonomen Provinz Bozen für die Kategorie **33141200-2. Katheter**.

a) insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

b) iscrizione a uno dei competenti registri pubblici (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ordini professionali) per attività inerenti alle prestazioni in oggetto della presente procedura di affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

c) insussistenza per proprio conto di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in relazione a questa fornitura ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;

d) aver adempiuto all'interno della propria azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008);

e) dato che il seguente procedimento d'appalto viene effettuato esclusivamente in via telematica tramite il portale delle gare della Provincia Autonoma di Bolzano, **l'operatore economico deve essere iscritto (al più tardi al momento della spedizione degli inviti alla procedura negoziata senza previa pubblicazione che segue alla presente indagine di mercato) nel portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano [www.ausschreibungen-suedtiroi.it](http://www.ausschreibungen-suedtiroi.it) e deve essere in possesso di una firma digitale valida;**

f) operatori economici esteri che risiedono negli stati UE, devono essere in possesso della "firma elettronica avanzata", emessa dai certificatori qualificati dal Paese di provenienza conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE;

g) registrazione nell'elenco telematico degli operatori economici sul portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano per la categoria **33141200-2. Cateteri**.

## Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Besitzt der Wirtschaftsteilnehmer diese Voraussetzungen nicht, kann er nicht am Verhandlungsverfahren für die Vergabe der gegenständlichen Lieferung teilnehmen.

### 5. Kriterium zur Auswahl des Angebotes

Das anschließende Wettbewerbsverfahren wird telematisch und über das Internetportal der Autonomen Provinz Bozen [www.ausschreibungen-suedtiroi.it](http://www.ausschreibungen-suedtiroi.it) abgewickelt werden.

Der Zuschlag erfolgt gemäß Art. 33 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015 nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes nach Preis.

### 6. Privacy

Der Wirtschaftsteilnehmer bestätigt und erklärt mit der Abgabe der Interessenbekundung, dass jede Datenverarbeitung im Zuge der Abwicklung der Markterhebung ausschließlich im Zusammenhang und zum Zweck der genannten Erhebung und in jedem Fall unter Berücksichtigung der EU-Regelung 2016/679 erfolgt.

### 7. Einreichfrist und Modalitäten der Vorlage der Interessenbekundung

Interessierte Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Interessensbekundung mittels Mitteilung zusammen mit einem technischen Datenblatt innerhalb des folgenden Termins dem Gesundheitsbezirk Bozen zukommen lassen:

**Donnerstag, 15 Jänner 2021 – innerhalb 12.00 Uhr**

Die Anträge können an folgende zertifizierte E-Mailadresse eingereicht werden:

**[elisabetta.lavoriero@pec.sabes.it](mailto:elisabetta.lavoriero@pec.sabes.it)**

Se l'operatore economico non possiede i suddetti requisiti lo stesso non può partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione della presente fornitura.

### 5. Criteri di selezione dell'offerta

Il successivo procedimento d'appalto viene svolto in via telematica attraverso il portale internet della Provincia Autonoma di Bolzano [www.bandialtoadige.it](http://www.bandialtoadige.it).

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al solo prezzo.

### 6. Privacy

Con la presentazione della manifestazione di interesse l'operatore economico da atto e conferma che ogni trattamento dei dati personali che derivi dallo svolgimento della presente indagine di mercato verrà effettuato unicamente per finalità connesse a tale indagine e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

### 7. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati devono fare pervenire al Comprensorio Sanitario di Bolzano la loro manifestazione di interesse inviando comunicazione assieme ad una scheda tecnica entro il seguente termine:

**giovedì, 15 gennaio 2021 – entro le ore 12:00**

Le richieste potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC-mail:

**[elisabetta.lavoriero@pec.sabes.it](mailto:elisabetta.lavoriero@pec.sabes.it)**



## Azienda Sanitera de Sudtiroi

Die gegenständliche Bekanntmachung zum Zweck einer Markterhebung ist nicht als Antrag für den Abschluss eines Vertrages zu sehen und ist für den Südtiroler Sanitätsbetrieb in keinster Weise verbindlich. Dieser ist frei, andere und verschiedene Verfahren zur Vergabe einzuleiten.

Für Informationen können sich die Interessierten an die Direktorin Dr. Sophie Biamino, Tel. 0471-909045 des Amtes für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter oder an Frau Elisabetta Lavoriero, Tel. 0471-908219, Montag bis Freitag von 09.30 bis 17.30 Uhr wenden.

Die Direktorin des Amtes für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige che sarà libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi da lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle 17.30 alla Direttrice dott.ssa Sophie Biamino, tel. 0471-909045, dell'Ufficio Acquisti beni di consumo sanitari oppure alla sig.ra Elisabetta Lavoriero, tel. 0471-908219.

La Direttrice dell'Ufficio Acquisti beni di consumo sanitari

Dott.ssa Sophie Biamino

*(Dieses Dokument wurde digital signiert / questo documento è stato firmato digitalmente)*